



MAS[®] UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

Tavoitearvot Clinitek status+-laitteelle 1.5.2024 alkaen-toistaiseksi. Tavoitearvot ovat samat kaikille kontrollierille (lot).

	taso1	taso2
glukoosi	negat	± (trace)-4+
ketoaineet	negat	1+ - 5+
ominaispaino	≤1,005-1,020	1,010 - ≥1,030
veri/eryt	negat	1+ - 4+
pH	5,0-7,0	6,5 - ≥9,0
nitriitti	negat	pos
leukosyytit	negat	± (trace) - 4+
proteiinit	negat	1+ - 4+
raskaustesti	negat	pos